

INFORME DE CALIBRACION

Magnitud evaluada: Masa convencional

Pág 1 de 2

Nombre del Cliente: INPROS, S.A. DE C.V.

Dirección: Viveros de las Fuentes No. 23 - 1
Col. Viveros de la Loma, C.P. 54080
Tlalnepantla, Estado de México.

No. de Informe: ICM-50278

Descripción del instrumento: Juego de pesas de 5 kg a 10 kg (2 piezas) marca SARTORIUS, en estuches de madera, identificado con el número ICJ F1 020 y como clase F1.

Método: Comparación con patrones de masa

Condiciones ambientales de medición:	temperatura =	21.2 °C	±	0.3 °C
	presión =	77.99 kPa	±	50 Pa
	humedad relativa =	51 %HR	±	3 %HR

Procedimiento utilizado: MP-T03 (Doble Sustitución)

Lugar de Calibración: Laboratorio inpros

Fecha de Calibración: 2023-04-19

Fecha de emisión: 2023-04-19

Fecha de recepción: 2023-04-12

*Los resultados de la calibración y las notas aclaratorias que se indican en cada página son parte de este informe


*Los resultados de la calibración sólo se relacionan al equipo indicado en la descripción

Calibró:



José Humberto Báez Torres
Técnico

Aprobó:



Lucía Guadalupe Ruíz Olvera
Signatario

Resultados de la calibración

inpros S.A. DE C.V.

Informe de Calibración: ICM-50278

Valor Nominal	Serie	Modelo	Masa Convencional				Incertidumbre [± mg]
5000 g	12028107	YCW 653-00	5000 g	+	5.7	mg	8.3
10000 g	12128091	YCW 713-00	10000 g	+	10	mg	17

NOTAS:

(1).- EQUIPO PATRON: Pesa cilíndrica, clase E2, con informe de calibración ICM-46480 expedido por INPROS, identificada como ICI E2 008.

Pesa cilíndrica, clase E2, con informe de calibración SM-221/23 expedido por SARTORIUS, identificada como ICI E2 010.

(2).- MASA CONVENCIONAL: Según la Recomendación Internacional No. D28 de la OIML.

(3).- INCERTIDUMBRE: se asigna una incertidumbre con un factor de cobertura de $k = 2$ de 1/3 del EMT correspondiente a la clase F1 (OIML) sin embargo el valor obtenido durante la calibración de acuerdo a la norma NMX-CH-140-IMNC 2002 Guía de la expresión de la incertidumbre de las mediciones fue menor.

(4).- TRAZABILIDAD: A los valores de referencia del SI a través del Patrón Nacional de Masa, mantenido en CENAM.

(5).- ESTE INFORME PERDERA SU VALIDEZ: Si presenta tachaduras ó enmendaduras.

(6).- El periodo de calibración óptimo deberá ser determinado por el usuario con base en el uso del instrumento, y es responsabilidad del mismo recalibrar el equipo en periodos apropiados.

(7).- Este documento ampara únicamente las mediciones realizadas en el momento y en las condiciones ambientales indicadas.

(8).- Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización del Laboratorio de Calibración.

(9).- INSTRUMENTOS AUXILIARES: Balanza electrónica, marca AND, modelo MC-10K.

Barómetro digital, marca Vantage VUE, identificado como IC PI 003 con informe de calibración No. 22PC0812.2; Termohigrómetro digital, marca UNI-T, identificado como IC TI 013, con números de informe: C-T-036 y C-H-037.

(10).- DENSIDAD: Se asigna el valor de densidad (7.95 g/cm^3) como referencia de la tabla B.7 Method F2 List of alloys most commonly used for weights de la International Recommendation OIML R 111-1:2004

(11).- El técnico que calibró ha sido calificado y autorizado según Procedimiento MP-T19 atendiendo lo indicado en la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 inciso 6.2.6.

----- Fin del documento -----

Viveros de las Fuentes 23-1 Viveros de la Loma, C.P. 54080 Tlalnepantla, Edo. de México.

Tels: 8501 1111, 5365 0756, 5398 0999 Fax: 5397 4858 e-mail: info@inprosmexico.com.mx, www.inprosmexico.com.mx